

8月25日研修会 講師への質問に対しての返答

Q 電動ベッドでのギャジアップの手順は理解出来ましたが、アップした時（または途中）や下げる時（または途中）背抜き支援を入れた方が対象者の不快（アップ時は背中が下方に引っ張られ、下げる時はその逆）が軽減されるような気がします。

A ご質問ありがとうございます。

全くその通りだと思います。

アップした際の圧抜きは非常に重要ですね。必要な理由もご質問の通りです。

途中に関しては時間的にも省略して問題ないと思います。

Q 御社（老健）におきましてデジタル化（福祉用具・IOT等）採用した物で使用頻度が減ったり、減らす事になった物があつたりしたら教えて頂ければ幸いです。

A ご質問ありがとうございます。

5年前、見守り支援機器を試しに2台導入しましたが、2名のみ見守りを一つのPCで行い、それをスタッフが確認することは効率的に良くなく、活用できませんでした。

今回、見守り支援機器は多数導入を検討しています。

移動式リフトに関しては使用頻度が減少しております。理由としては、横になった状態でスライドできる（ローラスライド）等の導入によりそちらの使用頻度が高まったためだと思います。しかし、どうしても抱えないといけない場面はありますので、必要な機器だとは思っております。